Rapport sur la machine de mr icart

La machine presentée par mr icart pour faire et continuer
Lextension pendant la durée du traitement des fractures du
femur agit par le mechanisme du fer dont laction,
Comme on le scait est très puissante, ainsi cette machine
paroist quant a la force devoir remplir son objet. reste
a consulter lexperience qui seule peut aprendre s'il ne
resultera aucun inconvenient de son usage. lautheur
raporte deux cas ou elle a bien reussi: si des observations
ulterieures sont conformes, mr icart aura rendu a
Lart un très grand service: car on scait les difficultés
toujours fatigantes quelquefois insurmontables que
lon eprouve a contenir la cuisse dans sa longueur
naturelle lorsque le femur est cassé dans son extremité
superieure, ~~et surtout~~ la fracture etant oblique.
Je ne fais point la description de la machine qui a eté
exposée dans lacademie, je remarqueray seulement
que la vis qui ~~determi~~ recoit la manivelle au moyen
de laquelle on deploye le cry me paroist placée trop
près de langle rentrant formé par la cuisse et ~~avec~~ les parties
et que cette manivelle ne peut estre mue de suitte. defaut
qui peut estre facile a corriger

carton 31 n° 34

Depuis que mr icart a presenté la premiere
machine dont je viens de rendre compte, il en
a imaginé une seconde conçue sur le meme
plan et qu'il propose pour des fractures de la
jambe, comme il offre de donner un memoire
sur cette derniere je crois qu'il convient
de differer de porter un jugement a l'egard de
cette addition. a paris le 16 may 1781

Brasdor

ACADÉMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE